Omniflush®

bg	СПРИНЦОВКА ЗА ИНТРАВЕНОЗНИ ПРОМИВКИ С НОРМАЛЕН ФИЗИОЛОГИЧЕН РАЗТВОР B. BRAUN
cs	PROPLACHOVACÍ I.V. STŘÍKAČKA B. BRAUN S FYZIOLOGICKÝM ROZTOKEM
da	B. BRAUN SKYLLESPRØJTE
de	SPRITZE ZUM SPÜLEN MIT ISOTONISCHER KOCHSALZLÖSUNG VON B. BRAUN
en	NORMAL SALINE B. BRAUN FLUSH SYRINGE
es	JERINGA DE LAVADO B. BRAUN
et	FÜSIOLOOGILISE LAHUSE I.V. LOPUTUSSÜSTAL B. BRAUN
fi	FYSIOLOGISTA SUOLALIUOSTA SISÄLTÄVÄ B. BRAUN IV-HUUHTELURUISKU
fr	SERINGUE B. BRAUN, SOLUTION SALINE NORMALE POUR RINÇAGE
hu	NORMÁL SÓOLDATOS B. BRAUN IV. ÖBLÍTŐFECSKENDŐ
it	SIRINGA B. BRAUN DI SOLUZIONE SALINA PER LAVAGGIO
lt	NORMALAUS FIZIOLOGINIO TIRPALO I.V B. BRAUN PRAPLOVIMO ŠVIRKŠTAS
lv	B. BRAUN ŠĻIRCE INTRAVENOZĀS IEVADES IERĪČU SKALOŠANAI AR FIZIOLOĢISKO ŠĶĪDUMU
nl	NATRIUMCHLORIDE IV B. BRAUN FLUSHSPUIT
no	B. BRAUN SKYLLESPRØYTE FOR VANLIG SALTLØSNING
pl	STRZYKAWKA Z SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ DO PRZEPŁUKIWANIA FIRMY B. BRAUN
pt	SERINGA DE LAVAGEM B. BRAUN COM SOLUÇÃO SALINA NORMAL
ro	SERINGĂ B. BRAUN CU SOLUȚIE SALINĂ NORMALĂ PENTRU SPĂLARE I.V.
sk	PREPLACHOVACIA STRIEKAČKA S INFÚZNYM FYZIOLOGICKÝM ROZTOKOM OD SPOLOČNOSTI B. BRAUN
sl	B. BRAUN BRIZGALKA ZA IZPIRANJE S FIZIOLOŠKO RAZTOPINO I.V.
sv	B. BRAUN IV-SPOLNINGSSPRUTA FÖR NORMAL KOKSALTLÖSNING

B|BRAUN

Omniflush®

bg СПРИНЦОВКА ЗА ИНТРАВЕНОЗНИ ПРОМИВКИ С НОРМАЛЕН ФИЗИОЛОГИЧЕН РАЗТВОР B. BRAUN
"0,9 % разтвор на натриев хлорид"

ОПИСАНИЕ
Спринцовката за интравенозни промивки с нормален физиологичен разтвор се предлага в различни обеми. Съдържанието е стерилно, не съдържащо консерванти, апирогенно водно изотонично разтворно на натриев хлорид. Всеки милилитър съдържа 9 mг/мл натриев хлорид. Общата осмолярна концентрация на разтвора е 0,31 mOsm/мл (изчислена), pH на разтвора е 4,5–7,0.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ
Спринцовката за интравенозни промивки с нормален физиологичен разтвор съдържа стерилен водно разтвор с приблизително същото осмотично налягане и състав като тези на екстрацелуларните течности. Разтворът не дразни тъканите.

ПОКАЗАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Само за употреба като стерилен изотоничен разтвор за промиване на съществуващи интравенозни тръби и/или постоянни устройства за достъп.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Хиперчувствителност и задържане на течности, когато приложението на натрий или хлорид може да бъде клинично вредно. Не е предназначен за директно системно приложение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Необходимо е внимание за избягване на всякакъв контакт между противния нормален физиологичен разтвор и несъвместими медикаменти. Направете справка със съответната литература за съвместимост преди да промивате катетър, съдържащ лекарствен продукт, със спринцовка за интравенозно промиване с нормален физиологичен разтвор. Да не се прилага при голяма на предишния, промяна в цвета на разтвора, появяване на или загуба на прозрачност от друго естество, или ако спринцовката е повредена. Само за еднократна употреба. Изхвърлете неизползваната част от разтвора. Не е предназначено за стерилно поле. Преди употреба проверете инструкциите на производителя на лекарството, интравенозната тръба и/или катетъра, за да подсигурите съвместимост с 0,9% разтвор на натриев хлорид. Ако 0,9% натриев хлорид не е съвместим, последвайте инструкциите на производителя на лекарството, интравенозната тръба и/или катетъра за промивни практики.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Няма известни при употреба в посочените количества.

ЛЕКАРСТВЕНА ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ
Неприложимо.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Не е известно при употреба в посочените количества.

СЪХРАНЕНИЕ
Да не се използва при промяна в цвета на разтвора, появяване или загуба на прозрачност от друго естество, или ако спринцовката е повредена. Да се съхранява при температура 25°C, допустимо температурно отклонение 15°-30°C. Да не се замразява.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повторното използване на изделия за еднократна употреба създава потенциален риск за пациента или потребителя. То може да доведе до замърсяване и/или нарушаване на функционалните характеристики. Замърсяването и/или ограничената функционалност на изделието могат да доведат до травми, заболяване или смърт на пациента.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Използвайте подходяща асептична техника по време на процедурата.
Тъкан за разтвора и течността е стерилен и апирогенен, ако капачката е на място. Целостта на спринцовката и непокътнати и няма данни за тях.
1. Проверете пластмасовата опаковка. Не използвайте, ако опаковката е повредена или с нарушена цялост.
2. Свалете пластмасовата опаковка.
3. Проверете дали разтворът е бистър, капачката и на мястото си, целостта на спринцовката е непокътната и няма данни за тях. Да не се използва, ако разтворът е мътен или съдържа частици и има нещо повредено или с нарушена цялост по спринцовката.
4. Натиснете буталото без да свалите капачката, за да освободите запечатващата запушалка.
5. Свалете капачката. Дръжте спринцовката изправена нагоре и при налягане на мястото в върху и изгонете навън. Сега спринцовката е готова за употреба.
6. Поставете съвместима подкожна игла или устройство без игла
7. Използвайте в съответствие с препоръчаните на производителя на интравенозни тръбни системи или постоянно устройство за достъп.
8. Спед употреба изхвърлете празната спринцовка. Изхвърлете неизползваната част. Не използвайте повторно спринцовка за еднократна употреба.
9. Следвайки политиките и процедурите за промиване на вашето лечебно заведение, приложете необходимото количество физиологичен разтвор за промиване.

Препоръка: Препоръчва се по-бавно приложение, за да се минимизира евентуалния неприятен вкус, който пациентът може да изпита.

Дата на последно актуализиране
12/2016

Omniflush®

cs PROPLACHOVACÍ I.V. STŘÍKAČKA B. BRAUN S FYZIOLOGICKÝM ROZTOKEM
„0,9 % roztok chloridu sodného"

POPIS
Proplachovací i.v. stříkačka s fyziologickým roztokem je k dispozici v různých objemech. Obsahuje sterilní apyrogenní izotonický roztok chloridu sodného ve vodě bez konzervačních prostředků. Každý ml obsahuje 9 mg/ml chloridu sodného. Celková osmolarita roztoku je 0,31 mOsm/ml (vypočtená). pH roztoku je 4,5 – 7,0.

KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
Proplachovací i.v. stříkačka s fyziologickým roztokem obsahuje sterilní vodný roztok s přibližně stejným osmotickým tlakem a složením, jako má extracelulární tekutina. Roztok nedráždí tkáně.

INDIKACE A POUŽITÍ
Určeno k použití pouze jako sterilní izotonický roztok pro propláchnutí intravenózních hadiček a/nebo trvalých cévních přístupů.

KONTRAINDIKACE
Hypernatremie a zadržování tekutin v těle, při kterých by podání sodíku mohlo chorobu mohlo klinicky stav zhoršit. Není určeno k přímé systémové aplikaci.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Je nutno dbát opatrnosti, aby se proplachovací roztok nedostal do kontaktu s inkompatibilními léky. Před proplachováním katétru obsahujícího produkt fyziologickým roztokem si prostudujte příslušnou literaturu a přesvědčte se, zda jsou lék a proplachovací roztok kompatibilní . Nepoužívejte, pokud se objeví zráženina nebo pokud má roztok neobvyklou barvu, je zakalený nebo matný, nebo pokud je stříkačka poškozená. Pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý roztok zlikvidujte. Není určeno k použití ve sterilním poli. Před použitím si ověřte v návodech k použití od výrobce léku, IV hadičky a/ nebo katetru, abyste zajistili kompatibilita s 0,9% roztokem chloridu sodného. Pokud 0,9% chlorid sodný není kompatibilní, postupujte podle pokynů výrobce léku, IV hadičky a/nebo katétrů pro postupy proplachování.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE
Při použití v těchto množstvích nejsou žádné známy.

ZNEUŽÍVÁNÍ LÉKU A ZÁVISLOST NA LÉKU
Neaplikovatelné.

Datum poslední revize
12/2016

PŘEDÁVKOVÁNÍ
Při použití v těchto množstvích není známo.

ÚSKLADNĚNÍ
Nepoužívejte, pokud má roztok neobvyklou barvu, je zakalený, matný nebo obsahuje sraženiny nebo pokud je stříkačka poškozená. Skladujte při teplotě 25°C (77°F); jsou povoleny odchylky od 15°C do 30°C (59 - 86°F). Nezmrazujte.

VAROVÁNÍ
Opětovné použití zdravotnických prostředků určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést k jeho kontaminaci neho k zhoršení jeho funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.

INDIKATIONER OG BRUG
Anvendes som en steril isotonisk opløsning alene til skylning af skylningsegnede intravenøse slanger og/eller permanente adgangsenheder.

KONTRAINDIKATIONER
Hypernatriæmi og væskeretention, når administrationen af natrium eller chlorid ville være klinisk uforderligatigt. Ikke beregnet til direkte systemisk administration.

FORSIGTIGHEDSREGLER
Der skal udvises forsigtighed for at undgå kontakt mellem saltvandsskyllevæskeopløsninger og inkompatible lægemidler. Læs den relevante litteratur vedrørende kompatibilitetsdata før skylning af katteret med lægemidlet med I.V.-saltvandsskyllevæskeprøten. Opløsningen må ikke administreres, hvis der forekommer bundfald, eller hvis opløsningen er misfarvet, uklar eller grumset, eller hvis sprøjten er beskadiget. Kun til engangsbrug. Ubrugt opløsning kasseres. Ikke til det sterile felt. Før brug skal du tjekke lægemidlets, IV-slangens og/eller kateterets producentvejledning for at sikre kompatibilitet med 0,9 % natriumchloridopløsning. Hvis 0,9 % natriumchlorid ikke er kompatibelt, skal man følge lægemidlets, IVslangens og/eller kateterets producentvejledning for skylningspraksis

BIVIRKNINGER
Ingen kendt ved anvendelse af disse mængder.

MEDICINMISBRUG OG MEDICINAFH/ENGIGHED
Ikke relevant.

OVERDOSERING
Ingen kendt ved anvendelse af disse mængder.

OPBEVARING
Opløsningen må ikke anvendes, hvis der forekommer bundfald, eller hvis opløsningen er misfarvet, uklar eller grumset, eller hvis sprøjten er beskadiget. Opbevares ved 25°C; udsving til 15°- 30°C er tilladt. Må ikke fryses.

ADVARSEL
Genanvendelse af engangsremedier medfører en potentiel risiko for patien-

Omniflush®

da B. BRAUN SKYLLESPRØJTE
"0,9% natriumchloridopløsning"

BESKRIVELSE
I.V.-saltvandsskyllesprøjten fås med forskellige volumina. Det er en steril, konserveringsmiddelfri, ikke-pyrogen, vandig, isotonisk opløsning af natriumchlorid. 1 ml indeholder 9 mg/ml natriumchlorid. Opløsningens totale osmolære koncentration er 0,31 mOsm/ml (ber.). Opløsningens pH-værdi er 4,5 – 7,0.

KLINISK FARMAKOLOGI
I.V.-saltvandsskyllesprøjten er en steril, vandig opløsning, der har omtrent samme osmotiske tryk og sammensætning som ekstracellulære væsker. Det er ikke-irriterende for vævene.

INDIKATIONER OG BRUG
Anvendes som en steril isotonisk opløsning alene til skylning af skylningsegnede intravenøse slanger og/eller permanente adgangsenheder.

KONTRAINDIKATIONER
Hypernatriæmi og væskeretention, når administrationen af natrium eller chlorid ville være klinisk uforderligatigt. Ikke beregnet til direkte systemisk administration.

FORSIGTIGHEDSREGLER
Der skal udvises forsigtighed for at undgå kontakt mellem saltvandsskyllevæskeopløsninger og inkompatible lægemidler. Læs den relevante litteratur vedrørende kompatibilitetsdata før skylning af katteret med lægemidlet med I.V.-saltvandsskyllevæskeprøten. Opløsningen må ikke administreres, hvis der forekommer bundfald, eller hvis opløsningen er misfarvet, uklar eller grumset, eller hvis sprøjten er beskadiget. Kun til engangsbrug. Ubrugt opløsning kasseres. Ikke til det sterile felt. Før brug skal du tjekke lægemidlets, IV-slangens og/eller kateterets producentvejledning for at sikre kompatibilitet med 0,9 % natriumchloridopløsning. Hvis 0,9 % natriumchlorid ikke er kompatibelt, skal man følge lægemidlets, IVslangens og/eller kateterets producentvejledning for skylningspraksis

BIVIRKNINGER
Ingen kendt ved anvendelse af disse mængder.

MEDICINMISBRUG OG MEDICINAFH/ENGIGHED
Ikke relevant.

OVERDOSERING
Ingen kendt ved anvendelse af disse mængder.

OPBEVARING
Opløsningen må ikke anvendes, hvis der forekommer bundfald, eller hvis opløsningen er misfarvet, uklar eller grumset, eller hvis sprøjten er beskadiget. Opbevares ved 25°C; udsving til 15°- 30°C er tilladt. Må ikke fryses.

ADVARSEL
Genanvendelse af engangsremedier medfører en potentiel risiko for patien-

Omniflush®

de SPRITZE ZUM SPÜLEN MIT ISOTONISCHER KOCHSALZLÖSUNG VON B. BRAUN
„Natriumchloridlösung 0,9%"

BESCHREIBUNG
Die Spritze zum Spülen mit isotonischer Kochsalzlösung ist in verschiedenen Volumina erhältlich. Die wässrige isotone Natriumchloridlösung ist steril und pyrogenfrei und enthält keine Konservierungsmittel. Pro ml sind 9 mg/ml Natriumchlorid enthalten. Die osmolare Gesamtkonzentration der Lösung beträgt 0,31 mOsmol/ml (Berechn.). Die Lösung hat einen pH-Wert zwischen 4,5 und 7,0.

KLINISCHE PHARMAKOLOGIE
Die Spritze zum Spülen mit isotonischer Kochsalzlösung enthält eine sterile wässrige Lösung, die ungefähr den gleichen osmotischen Druck und die gleiche Zusammensetzung wie extrazelluläre Flüssigkeiten aufweist. Sie

ÜBERDOSIERUNG
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist keine Überdosierung zu erwarten.

LAGERUNG
Verwenden Sie die Spritze nicht, wenn die Lösung verfärbt, getrübt oder verschleiert ist oder Ablagerungen enthält, oder wenn die Spritze beschädigt ist. Bei kontrollierter Zimmertemperatur (15°C bis 30°C) lagern. Nicht einfrieren.

WARNHINWEIS
Die Wiederverwendung von Geräten für den einmaligen Gebrauch stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben. Kontamination und/oder eingeschränkte Funktionalität des Gerätes können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen. Nicht für den Sterilbereich.

ANWENDUNGSHINWEISE
Während des gesamten Verfahrens sind aseptische Techniken anzuwenden.
Die Lösungs- und Flüssigkeitspfade sind steril und pyrogenfrei, wenn die Kappe korrekt angebracht ist, die Spritze intakt ist und keine Undichtigkeiten sichtbar sind.
1. Kontrollieren Sie die Kunststoffverpackung. Beutel nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder aufgerissen ist.
2. Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.
3. Stellen Sie sicher, dass die Lösung klar ist, die Kappe korrekt angebracht ist, die Spritze intakt ist und keine Undichtigkeiten sichtbar sind. Verwenden Sie die Spritze nicht, wenn die Lösung getrübt ist, Partikel enthält, oder die Spritze beschädigt oder anderweitig defekt ist.
4. Drücken Sie den Spritzenkolben ein wenig in die Spritze, um ihn vor Gebrauch gangbar zu machen.
5. Nehmen Sie die Kappe ab. Halten Sie die Spritze senkrecht nach oben, und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen. Die Spritze ist nun einsatzbereit.
6. Setzen Sie eine kompatible Injektionskanüle oder ein kanülenfreies System ein.
7. Verwenden Sie die Spritze gemäß den Empfehlungen des Herstellers des intravenösen Schlauchsystems oder des dauerhaften Zugangssystems.
8. Entsorgen Sie die leere Spritze nach dem Gebrauch. Nicht verwendete Restmengen sind zu entsorgen. Die Einmalspritze nicht wiederverwenden.
9. Verabreichen Sie das erforderliche Volumen der Kochsalz-Spüllösung entsprechend den Richtlinien und Verfahren Ihrer Einrichtung für die Handhabung von Spülungen.

Empfehlung: Um einen möglicherweise bei Patienten auftretenden unangenehmen Geschmack und/oder Geruch zu minimieren, wird eine geringere Verabreichungsgeschwindigkeit empfohlen.

Stand der Informationen
12/2016

Omniflush®

en NORMAL SALINE B. BRAUN FLUSH SYRINGE
"0,9 % Sodium Chloride Solution"

DESCRIPTION
Normal Saline I.V. Flush Syringe is available in different volumes. It is sterile, preservative free, non-pyrogenic aqueous isotonic solution of Sodium Chloride. Each mL contains 9 mg/mL of sodium chloride. The total osmolar concentration of solution is 0,31 mOsm/mL (calc.). The pH of the solution is 4,5–7.0.

CLINICAL PHARMACOLOGY
Normal Saline I.V. Flush Syringe is a sterile aqueous solution having approximately the same osmotic pressure and composition as extracellular fluids. It is non-irritating to the tissues.

INDICATIONS AND USAGE
For use as a sterile isotonic solution for flushing compatible intravenous tubing and / or indwelling access devices only.

CONTRAINDICATIONS
Hypernatremia and fluid retention, when the administration of sodium or chloride could be clinically detrimental. Not intended for direct systemic administration.

PRECAUTIONS
Caution must be exercised to avoid any contact between Normal Saline Flush Solution and incompatible drugs. Consult appropriate literature for compatibility data before ff ushing the catheter containing drug product, with Normal Saline I.V. Flush Syringe. Do not administer if a precipitate appears, or if solution is discolored, cloudy or hazy, or if the syringe is damaged. For single use only. Discard any unused portion. Not for sterile field. Prior to use, check with the drug, IV tubing and/or catheters' manufacturer instructions for use to ensure compatibility with 0.9% sodium chloride solution. If 0.9% sodium chloride is not compatible, follow the drug, IV tubing and/or catheters' manufacturer instructions for flushing practices.

ADVERSE REACTIONS
None known from use in these quantities.

OVERDOSAGE
None known from use in these quantities.

STORAGE
Do not use if solution is discolored, cloudy, hazy, or contains a precipitate, or if the syringe is damaged. Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°-30°C (59°–86°F). Do not freeze.

WARNING
Re-use of single-use devices creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability. Contamination and/or limited functionality of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

DIRECTIONS FOR USE
Use proper aseptic technique throughout the procedure
Solution and fluid path are sterile and non-pyrogenic if tip cap is in place, syringe is intact and there is no evidence of leakage.
1. Inspect plastic wrapping. Do not use if the wrapping is damaged or not intact.
2. Remove plastic packaging.
3. Inspect if solution is clear, tip cap is in place, syringe is intact and there is no evidence of leakage. Do not use if solution is cloudy or contains particulate matter or if the syringe is damaged or not intact.
4. Depress plunger with tip cap on to release the stopper seal.
5. Remove tip cap. Hold syringe unit upright and expel any air bubble if present. Syringe is now ready to use.
6. Attach a compatible hypodermic needle or needle free device
7. Use in accordance with intravenous tubing or indwelling device manufacturer's recommendation.
8. Discard empty unit after use. Discard any unused portion. Do not reuse disposable syringe.
9. Following your facility's policies and procedures for flush administration, administer the required volume of saline flush.

Recommendation: A slower administration rate is recommended to minimize a possible unpleasant taste patients may experience

Date of last revision
12/2016

DRUG ABUSE AND DEPENDENCE
Not Applicable.

Omniflush®

es JERINGA DE LAVADO B. BRAUN
"Solución de cloruro sódico al 0,9%"

DESCRIPCIÓN
La jeringa intravenosa de lavado con solución salina normal se encuentra disponible en diferentes volúmenes. Es estéril, no contiene conservantes e incluye una solución isotónica acuosa apirógena de cloruro sódico. Cada mL contiene 9 mg/mL de cloruro sódico. La concentración osmolar total de la solución es de 0,31 mOsm/mL (calc.). El pH de la solución es de 4,5 - 7,0.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
La jeringa intravenosa de lavado con solución salina normal contiene una solución acuosa estéril que presenta aproximadamente la misma presión y composición osmótica que los fluidos extracelulares. No irrita los tejidos.

INDICACIONES Y USO
Indicada como solución isotónica estéril para el lavado de tubos intravenosos compatibles y/o dispositivos de acceso permanentes únicamente.

CONTRAINDICACIONES
Hipernatremia y retención de líquidos si la administración de sodio o de cloruro podría resultar perjudicial. No está destinado a la administración sistémica directa.

PRECAUCIONES
Deberá extremarse la precaución para evitar el contacto de la solución de lavado salina normal con medicamentos incompatibles. Consultar la docu-mentación pertinente para conocer los datos de compatibilidad antes de lavar el catéter que contenga un medicamento con la jeringa intravenosa de lavado con solución salina normal. No administrar si aparece un precipita-do, o si la solución se encuentra descolorida, turbia, borrosa o si la jeringa presenta daños. No reutilizar. Desechar la parte que no se utilice. No apto para campo estéril. Antes de su uso, consulte las instrucciones de uso del medicamento, del tubo de perfusión intravenosa y/o de los catéteres para asegurarse de que son compatibles con la solución de cloruro de sodio al 0,9% Si el cloruro de sodio al 0,9% no es compatible, siga las instrucciones del fabricante del medicamento, del tubo de perfusión intravenosa y/o de los catéteres, para el lavado.

REACCIONES ADVERSAS
No se conoce ninguna con el uso de estas cantidades.

ABUSO DE MEDICAMENTOS Y DROGODEPENDENCIA
No aplicable.

SOBREDOSIFICACIÓN
No se conoce ninguna con el uso de estas cantidades.

CONSERVACIÓN
No utilizar si la solución se encuentra decolorada, turbia, borrosa o si contiene un precipitado, o si la jeringa presenta daños. Almacenar a 25°C (77°F); se permiten fluctuaciones hasta 15°- 30°C (59°- 86°F). No congelar.

ADVERTENCIA
La reutilización de dispositivos de un solo uso supone un riesgo potencial para el paciente o el usuario. Puede producir contaminación o mal funcionamiento de la capacidad funcional. La contaminación o la limitación en el funcionamiento del dispositivo pueden ocasionar lesión, enfermedad o incluso la muerte del paciente.

INSTRUCCIONES DE USO
Utilizar una técnica aséptica adecuada durante el procedimiento
La solución y la ruta del fluido se mantienen estériles y apirógenas si la tapa de la punta está colocada en su sitio, la jeringa está intacta y no hay pruebas de fugas.
1. Inspeccionar el envoltorio de plástico. No utilizar si el envoltorio está dañado o no está intacto.
2. Extraer el envoltorio de plástico.
3. Compruebe que la solución sea clara, la tapa de la punta esté colocada en su sitio, la jeringa esté intacta y no haya signos de fugas. No utilizar si la solución se encuentra turbia o si contiene partículas o alguna parte que contenga daños o no está intacta en la jeringa.
4. Presionar el émbolo con la tapa de la punta colocada, para liberar el sello del tapón.
5. Retirar la tapa de la punta. Mantener la jeringa vertical y extraer cualquier burbuja de aire que hubiera presente. Así está lista para utilizar la jeringa.
6. Conectar una aguja hipodérmica compatible o un dispositivo sin aguja
7. Utilizar según las recomendaciones del fabricante del dispositivo permanente o del tubo intravenoso.
8. Desechar la unidad vacía tras su uso. Desechar cualquier parte que no se utilice. No reutilizar la jeringa desechable.
9. Administre el volumen de solución salina necesario, conforme a las políticas de su centro para la administración de soluciones de lavado.

Recomendación: se recomienda una velocidad de administración lenta para reducir a un mínimo las posibilidades de que los pacientes experimenten un gusto desagradable.

Fecha de última revisión
12/2016

Omniflush®

et FÜSIOLOOGILISE LAHUSE I.V. LOPUTUSSÜSTAL B. BRAUN
"0,9% naatriumkloriidi lahus"

KIRJELDUS
füsioloogilise lahuse I.V. loputussüstal on saadaval erinevates mahtudes. See on sterilne, säilitusaineteta, pürogeenivaba, naatriumkloriidi isotoonne lahus. Iga ml sisaldab 9 mg/ml naatriumkloriidi. Lahuse osmolaarkontsentratsioon on 0,31 mOsm/ml (arvutatud). Lahuse pH-tase on 4,5 – 7,0.

KLIINILINE FARMAKALOOGIA
füsioloogilise lahuse I.V. loputussüstal on steriilne vesilahus, millel on umbes samasugune rõhk ja koostis kui ekstratselulaarsetel vedelikel. See ei ärrita kudesid.

NÄIDUSTUSED JA KASUTAMINE
Kasutamiseks steriilse isotoonilise lahusena, ainult sõltuvate intravenoossete voolikute ja /või püsiva juurdepääsuga seadmete loputamiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED
Hüpernatreemia ja vedelikupeetus, kui naatriumi või kloriidi manustamine võib olla kliiniliselt kahjulik. Ei ole otse nähtud otseseks süsteemseks manustamiseks.

ETTEVAATUSABINÕUD
Tuleb olla ettevaatlik, vältimaks füsioloogilise loputussüstal ja kokkusobimatute ravimite kokkupuutumist. Uurige vastavast kirjandusest andmeid kokkusobivuse kohta enne kui hakkate loputama ravimitoodet sisaldavat katetrit I.V. füsioloogilise lahusega. Loputussüstal. Ärge manustage, kui ilmub sade või kui lahus on muutnud värvi, muutunud häguseks või kui süstal on kahjustatud. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Visake kasutamata osa ära. Mitte kasutada steriilses alas. Enne kasutamist lugege ravimi, IV torude ja/või katetrite tootja kasutusjuhendit, et tagada kokkusobivus 0,9% naatriumkloriidi lahusega. Kui 0,9% naatriumkloriid ei ole kokkusobiv, järgige ravimi, IV torude ja/või katetrite tootja juhiseid loputamise kohta.

KÕRVALTOIMED
Pole teadaolevad nendes koguste kasutamisel.

ÜLEDOSEERIMINE
Pole teadaolevad nendes koguste kasutamisel.

SÄILITAMINE
Ärge kasutage, kui lahus on muutnud värvi, muutunud häguseks või sisaldab sadet, või kui süstal on kahjustatud. Säilitage temperatuuril 25°C (77°F); kõikumine lubatud vahemikus 15°- 30°C (59°- 86°F). Ärge külmutage.

HOIATUS
Ühekordsete seadmete uuestikasutamine tekitab patsiendile või kasutajale ohtu. See võib põhjustada seadme saastumist ja/või funktsioonihäireid. Seadme saastumine ja/või funktsioonihäired võivad põhjustada patsiendi vigastusi, haigusi või surma.

KASUTUSJUHISED
Kasutage kogu protseduuri käigus õiget aseptilist tehnikat
Lahus ja vedelikutee on steriilsed ja mittepürogeensed, kui kaitsekork on omal kohal, süstal ei ole kahjustatud ja puuduvad lekked.
1. Kontrollige plastkapenditi. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või pole terve.
2. Eemaldage plastikpakend.
3. Kontrollige, kas lahus on läbipaistev, kaitsekork on omal kohal, süstal ei ole kahjustatud ja puuduvad lekked. Ärge kasutage, kui lahus on hägune või sisaldab osakesi või kui süstal on kahjustatud või pole täiesti terve.
4. Suruge kaitsekorgiga kolb peale, et vabastada sulgur.
5. Eemaldage kaitsekork. Hoidke süstalt püsti ja väljutage õhk, kui süstlas on mulle. Süstal on nüüd kasutamiseks valmis.
6. Kinnitage sobiv hüpodermiline nõel või nõelata seade
7. Järgige kasutamisel intravenoosse vooliku või püsiseadme tootja soovitusi.
8. Visake tühi seade pärast kasutamist ära. Visake ära ülejäänud kasutamata osa. Ärge kasutage ühekordset süstalt uuesti.
9. Manustage vajalik kogus füsioloogilist loputuslahust, järgides tervishoiuasutuse eeskirju ja metoodikat loputuslahuse manustamiseks.

Soovitus – patsiendi võimalike ebameelduste maitseaistingute vähendamiseks on soovitatav kasutada aeglasemat manustamiskiirust.

Viimase tähtvaatuse kuupäev
12/2016

RAVIMI KURITARVITAMINE JA SÕLTUVUS
pole kohaldatav.

Omniflush®

fi FYSIOLOGISTA SUOLALIUOSTA SISÄLTÄVÄ B. BRAUN IV-HUUHTELURUISKU
0,9-prosenttinen natriumkloridiliuos

KUVAUS
Fysiologista suolaliuosta sisältävä IV-huuhteluruisku on saatavissa eri tilavuuksilla. Liuos on steriili, säilöntäaineeton ja pyrogeeniton isotoninen natriumkloridin vesiliuos. Yksi millilitra liuosta sisältää 9 mg/ml natriumkloridia. Liuoksen osmolaarisuus on 0,31 mOsm/ml (lask.). ja pH-arvo 4,5 – 7,0.

KLIININEN FARMAKOLOGIA
Fysiologista suolaliuosta sisältävän IV-huuhteluruiskun liuos on steriili vesiliuos, jonka osmoottinen paine ja koostumus ovat suurin piirtein samat kuin solunulkoisilla nesteillä. Se ei ärsytä kudoksia.

INDIKAATIOT JA KÄYTTÖ
Tarkoitettu käytettäväksi steriilinä isotonisena liuoksena vain yhteensopivien IV-letkustojen ja/tai sisäisten verileikatterien huuhtteluun.

VASTA-AIHEET
Hypernatremia ja nesteretentio, kun natriumin tai kloridin antaminen voi olla kliinisesti haitallista. Ei tarkoitettu suoraan systeemiseen antamiseen.

VAROTOIMET
On noudatettava varovaisuutta, jotta huuhteluruiskun sisältämä fysiologi-nen suoliuos ei pääse kosketuksiin yhteensopimattomien lääkeaineiden kanssa. Tarkista yhteensopivuustiedot asianmukaisesta kirjallisuudesta en-nen kuin huuhtelet lääkevalmistetta sisältävän katetrin fysiologista suo-laliuosta sisältävällä IV- huuhteluruiskulla. Älä käytä huuhteluruiskua, jos liuos sameutuu, muuttaa väriään tai samenee tai jos ruisku vaurioituu. Vain kertakäyttöön. Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. Ei steriilille alueelle. Tarkista ennen käyttöä lääkkeen, infusioletkujen ja/tai katetrien valmistajan käyttöohjeista, että ne ovat yhteensopivia 0,9-prosenttisen natriumkloridiliuoksen kanssa. Jos 0,9-prosenttinen natriumkloridi ei ole yhteensopiva, noudata lääkkeen, infusioletkujen ja/tai katetrien valmistajan huuhtelukäytäntöjä koskevia ohjeita.

HAITTAVAIKUTUKSET
Ei tunneta näillä määrillä.

LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ JA LÄÄKERIIPPUVUUS
Ei sovellettavissa.

YLIANNOSTUS
Ei tunneta näillä määrillä.

SÄILYTYS
Älä käytä huuhteluruiskua, jos liuos saostuu, muuttaa väriään tai sameene tai jos ruisku on vaurioitunut. Säilytettävä 25°C:n lämpötilassa. Lyhytaikainen säilytys 15 - 30°C:n lämpötilassa sallittu. Ei saa pakastaa.

VAROITUS
Kertakäyttötuotteiden käyttäminen uudelleen voi vaarantaa potilaan tai käyttäjän turvallisuuden. Tämä saattaa johtaa kontaminaatioon ja/tai toiminnallisuuden heikkenemiseen. Laitteen kontaminoituminen ja/tai rajoittunut toiminta saattavat aiheuttaa potilaan vahingoittumisen, sairastumisen tai kuoleman.

KÄYTTÖOHJEET
Käytä asianmukaista aseptista tekniikkaa koko toimenpiteen ajan.
Liuos ja nestekanava ovat steriilejä ja pyrogeenittomia, jos ruiskun kärjen suojus on paikallaan, ruisku on ehjä ja vuodoista ei ole merkkejä.
1. Tarkasta muovikääre. Ruiskua ei saa käyttää, jos kääre ei ole ehjä.
2. Poista muovipakkaus.
3. Tarkista, että liuos on kirkasta, ruiskun kärjen suojus on paikallaan, ruisku on ehjä ja vuodoista ei ole merkkejä. Älä käytä huuhteluruiskua, jos liuos on sameaa tai sisältää hiukkasia tai jos ruisku on vaurioitunut jollakin tavalla.
4. Avaa sulkusinetti painamalla ruiskun mäntää kärjen suojuksen ollessa paikallaan.
5. Irrota kärjen suojus. Pidä ruiskua pystyasennossa ja poista mahdolliset ilmakuplat. Ruisku on nyt käyttövalmis.
6. Liitä ruiskuun yhteensopiva hypodermineula tai neulaton laite.
7. Käytä ruiskua IV-letkuston tai sisäisen verileikatterin valmistajan antamien suositusten mukaisesti.
8. Hävitä tyhjä ruisku käytön jälkeen. Hävitä mahdollisesti käyttämättä jäänyt liuos. Älä käytä kertakäyttöistä ruiskua uudelleen.
9. Anna tarvittavan suuruinen suolaliuoshuuhtelu paikallisten huuhtelua koskevien käytäntöjen ja määräysten mukaisesti.

Suositus: Hitaampaa antonopeutta suositellaan potilaan mahdollisesti kokeman epämiellyttävän maun minimoimiseksi.

Tarkistettu viimeksi
12/2016

Omniflush®

fr SERINGUE B. BRAUN, SOLUTION SALINE NORMALE POUR RINÇAGE
«Solution de chlorure de sodium 0,9 %»

DESCRIPTION
La seringue de solution saline normale pour rinçage I.V. est disponible en plusieurs contenances. Elle contient une solution de chlorure de sodium isotonique aqueuse non pyrogène, stérile et sans conservateurs, à 9 mg de chlorure de sodium par millilitre. La concentration osmolaire totale de la solution est de 0,31 mOsm/ml (calc.). Le pH de la solution est compris entre 4,5 et 7,0.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE
La solution saline normale pour rinçage IV est une solution aqueuse stérile dont la composition et la pression osmotique est similaire à celle des fluides extracellulaires. Elle n'est pas irritante pour les tissus.

INDICATIONS ET UTILISATION
Utiliser uniquement comme une solution isotonique stérile pour le rinçage de lignes et/ou de dispositifs d'abord intraveineux compatibles.

CONTRE-INDICATIONS
Hypernatrémie et rétention d'eau, lorsque l'administration de chlorure de sodium peut avoir des effets cliniques néfastes. Non destiné à une administration systémique directe.

MISES EN GARDE
Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter tout contact entre la solution saline normale de rinçage et des médicaments incompatibles. Consulter les données de compatibilité correspondantes avant de rincer un cathéter contenant des produits médicamenteux à l'aide d'une seringue de solution saline normale pour rinçage IV. Ne pas administrer en cas d'apparition d'un préc

Omniflush®

lt NORMALAUS FIZIOLOGINIO TIRPALO I.V B. BRAUN PRAPLOVIMO ŠVIRKŠTAS
„0,9 % natrio chlorido tirpalas"

APRAŠYMAS

normalaus fiziologinio tirpalo I.V praplovimo švirkštas pateikiamas skirtingų tūrių. Jis sterilus, jame nėra konservantų, pirogeninio natrio chlorido vandeninio izotoninio tirpalo. Kiekviename ml yra 9 mg/ml nario chlorido. Visa osmolarinė tirpalo koncentracija yra 0,31 mOsm/ml. (apsk.). Tirpalo pH yra 4,5 - 7,0.

KLINIKINĖ FARMAKOLOGIJA

normalaus fiziologinio tirpalo I.V Praplovimo švirkštai yra sterilūs vandeninio tirpalo pripildyti to paties osmotinio slėgio ir sudėties kaip ekstracelialiniai skysčiai. Audinių nedirgina.

INDIKACIJOS IR NAUDOJIMAS

naudoti kaip sterilų izotoninį praplovimo tirpalą, tinkamą tik intraveniniams vamzdeliams irlarba į organizmą įvedamiems kateteriams.

KONTRAINDIKACIJOS

hipernatremija ir skysčių susilaikymas, kai natrio ir chloro skyrimas gali būti kliniškai žalingas. Neskirtas tiesioginiam sisteminiam vartojimui.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

atsargumo priemonių būtina imtis tam, kad normalus fi ziologinis tirpalas nesusilietų su nesuderinamais medikamentais. Suderinamumo informaciją susiraskite atitinkamoje literatūroje ir tik tada kateterio medikamentus maišykite su normaliu fi z iologiniu tirpalu iš praplovimo I.V. švirkšto. Neskirkite, jei matoma nuosėdų arba jei tirpalas praradė spalvą, dėmėtas arba drumzlinas, arba jei švirkštas pažeistas. Naudoti tik vieną kartą. Panaudotą dalį išmesti. Neskirta steriliam laukui. Prieš naudodami patikrinkite vaisto, intraveninių vamzdelių ir (arba) kateterių gamintojo naudojimo instrukcijas, kad užtikrintumėte suderinamumą su 0,9 % natrio chlorido tirpalu. Jei 0,9 % natrio chlorido medžiagos nesuderinamas, vadovaukitės vaisto, intraveninių vamzdelių ir (arba) kateterių gamintojo instrukcijomis dėl praplovimo metodų.

NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

naudojant tokiais kiekiais – nežinomas.

PIKTNAUDŽIAVIMAS MEDIKAMENTAIS IR PRIKLAUSOMYBĖ NUO JŲ

nėra.

PERDOZAVIMAS

naudojant tokiais kiekiais – nežinomas.

LAIKYMAS

Nenaudokite, jei tirpale matoma nuosėdų arba jei tirpalas prarado spalvą, dėmėtas arba drumzlinas, arba jei švirkštas pažeistas. Laikykite esant 25°C (77°F) temperatūrai; leistinas nuokrypis iki 15 - 30°C (59 - 86°F). Neužšaldykite.

ĮSPĖJIMAS

Pakartotinai naudojant vienkartinius prietaisus galimas pavojus pacientui ar vartotojui. Jie gali būti užkrėsti ir (arba) veikti netinkamai. Naudojant užkrėstą ir (arba) ribotai veikiantį prietaisą pacientas gali būti sužalotas, susirgti ar net mirti.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Procedūros metu naudokite tinkamą sterilumo techniką.
Tirpalo ir skysčio kelias turi būti sterilus ir nepirogeniškas, jei antgalio dangtelis yra vientisas, švirkštas tinkamas naudoti ir nesimato pratekėjimų.
1. Patikrinkite plastikinę pakuotę. Nenaudokite, jei jo pakuotė pažeista arba sugadinta.
2. Nuimkite plastikinę pakuotę.
3. Patikrinkite, ar tirpalas ir skystis skaidrus, antgalio dangtelis vientoje, švirkštas tinkamas naudoti ir nesimato pratekėjimų. Nenaudokite, jei tirpale matoma nuosėdų arba jei tirpalas kaip nors sugadintas arba švirkštas pažeistas.
4. Pakartotinai paspaudskite stūmoklį su antgaliu ir ateiskite stabdiklio tarpikį.
5. Nuimkite antgalio dangtelį. Laikykite švirkštą aukštyn ir išstumkite orą, jei jo yra. Dabar švirkštas paruoštas naudoti.
6. Prijunkite suderinamą hipodermine adata arba įtaisą be adatos.
7. Naudokite pagal intraveninio kateterio arba į organizmą įvedamo kateterio gamintojo rekomendacijas.
8. Išmeskite tuščią gaminį vieną kartą jį panaudojė. Nepanaudotą dalį išmeskite. Panaudotą švirkšto nenaudokite dar kartą.
9. Pagal savo įstaigos politiką ir procedūras dėl praplovimo skyrimo, paskirkite reikiamą praplovimo fiziologinio tirpalo tūrį.

Rekomendacijos: rekomenduojama leisti lėčiau, kad būtų sumažintas nemalonus skonis, kuri pacientas gali justi.

Paskutinės redakcijos data
12/2016

Omniflush®

lv B. BRAUN ŠĻIRCE INTRAVENOZĀS IEVADES IERĪČU SKALOŠANAI AR FIZIOLOĢISKO ŠĶĪDUMU
"0,9% nātrija hlorīda šķīdums"

APRAKSTS

Ir pieejamas dažāda tilpuma šļirces intravenozās ievades ierīču skalošanai ar fizioloģisko šķīdumu. Tas ir sterils, konservantus nesaturošs, nepirogēns, izotonisks nātrija hlorīda šķīdums ūdenī. Viens ml satur 9 mg/ml nātrija hlorīda. Šķīduma kopējā osmotiskā koncentrācija ir 0,31 mOsm/ml (apr.). Šķīduma pH ir 4,5 – 7,0.

KLĪNISKĀ FARMAKOLOĢIJA

Šļirces intravenozās ievades ierīču skalošanai ar fizioloģisko šķīdumu satur sterilā ūdens šķīdumu, kura osmotiskais spiediens un sastāvs ir līdzīgs ekstracelulāro šķidrumu osmotiskajam spiedienam un sastāvam. Tas nekairina audus.

NORĀDĪJUMI UN LIETOŠANA

Sterils izotonisks šķīdums, kas paredzēts vienīgi saderīgu intravenozo sistēmu un/vai ilglaicīgas ievades ierīču skalošanai.

KONTRINDIKĀCIJAS

Hipernatrēmija un šķidruma aiziure, kad nātrija vai hlorīda ievadīšana varētu būt klīniski nevēlamas sekas. Nav paredzēts tiešai sistēmiskai ievadīšanai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Esiet piesardzīgi un nodrošiniet, lai skalošanai paredzētais fi zioloģiskais šķīdums nenonāktu saskarē ar nesaderīgiem medikamentiem. Pirms katrēta, kas satur kādu medikamentu, skalošanas ar fi zioloģisko šķīdumu zīnas par savietojamību meklējiet attiecīgas literatūras avotos. Šļirce skalošanai. Nelietojiet, ja redzamas nogulsnes vai ja šķīdums zaudē krāsu, kļūst duļķains vai neskaidrs, vai ja šļirce ir bojāta. Paredzēts vienreizējai lietošanai. Utilizējiet neizmantoto šķīduma daļu. Nav paredzēts lietošanai sterilā laukā. Pirms lietošanas pārbaudiet zāļu, intravenozo caurulīšu un/vai katetru ražotāja lietošanas norādījumus, lai pārliecinātos par saderību ar 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu. Ja 0,9 % nātrija hlorīds nav saderīgs, ievērojiet zāļu, intravenozo caurulīšu un/vai katetru ražotāja lietošanas norādījumus par skalošanas paņēmieniem.

BLAKUSEFEKTI

Lietojot norādītā daudzumā, blakusefekti nav novēroti.

PĀRMĒRĪGA LIETOŠANA UN ATKARĪBA

Nav piemērojams.

PĀRDOZĒŠANA

Lietojot norādītā daudzumā, blakusefekti nav novēroti.

UZGLABĀŠANA

Nelietojiet, ja redzamas nogulsnes vai ja šķīdums zaudē krāsu, kļūst duļķains vai neskaidrs, vai ja šļirce ir bojāta. Uzglabājiet 25°C (77°F) temperatūrā; pieļaujamā novirze ir 15° - 30°C (59° - 86°F). Nesasaldējiet.

BRĪDINĀJUMS

Vienreizējai lietošanai paredzētu ierīču atkārtota lietošana var radīt risku pacientam vai ierīces lietotājam. Tā var izraisīt kontamināciju un/vai funkcionālās spējas traucējumus. Ierīces kontaminācija un/vai ierobežota funkcionālā spēja var izraisīt pacientam kaitējumu, slimību vai nāves iestāšanos.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Procedūras laikā lietojiet atbilstošas antiseptiskās aprūpes metodes
Šķīdums un šķidruma plūsmas ceļš ir sterils un nepirogēns, ja gala uzmava atrodas vietā, šļirce nav bojāta un nav redzamas noplūdes pēdas.
1. Pārbaudiet plastmasas iepakojumu. Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts.
2. Izņemiet no plastmasas iepakojuma.
3. Pārliecinieties, vai šķidums ir dzidrs, gala uzmava atrodas vietā, šļirce nav bojāta un nav redzamas noplūdes pēdas. Nelietojiet, ja šķidums ir duļķains vai satur daļiņas, vai ja kāda šļirces daļa ir bojāta.
4. Lai atbrīvotu aizbāni, nospiediet šļirces virzuli, gala uzmavai atrodoties vietā.
5. Noņemiet gala uzmavu. Šļirci turiet pavērstu augšup un izspiediet no tās gaisu. Šļirce ir gatava lietošanai.
6. Pievienojiet atbilstošu adatu zemādas injekcijām vai ierīci bez adatas
7. Lietojiet atbilstoši intravenozās sistēmas vai ilglaicīgas ievades ierīces ražotāja lietošanas norādījumus.
8. Pēc lietošanas utilizējiet izmantoto šļirci. Utilizējiet neizmantoto šķiduma daļu. Neizmantojiet vienreiz lietojamu šļirci atkārtoti.
Pirms lietošanas pārbaudiet zāļu, intravenozo caurulīšu un/vai katetru ražotāja lietošanas norādījumus, lai pārliecinātos par saderību ar 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu. Ja 0,9 % nātrija hlorīds nav saderīgs, ievērojiet zāļu, intravenozo caurulīšu un/vai katetru ražotāja lietošanas norādījumus par skalošanas paņēmieniem.
9. Saskaņā ar jūsu iestādē noteikto skalošanas līdzekļu lietošanas kārtību un procedūrām ievadiet skalošanai nepieciešamo fizioloģiskā šķiduma daudzumu.

Ieteikums: lai pacientam mazinātu iespējamo nepatīkamo garšu, ieteicams ievadīšanu veikt lēnāk.

Pēdējās pārskatīšanas datums
12/2016

Omniflush®

nl NATRIUMCHLORIDE IV B. BRAUN FLUSHSPUIT
"0,9% natriumchlorideoplossing"

BESCHRIJVING

De IV.-flushspuit met natriumchloride 0,9% oplossing is beschikbaar in verschillende volumes. De flushspuit bevat een steriele, niet-pyrogene, waterige isotone oplossing van natriumchloride, zonder conserveringsmiddelen. Elke ml oplossing bevat 9 mg natriumchloride. De totale osmolaire concentratie van de oplossing is 0,31 mOsm/ml (berekend). De pH van de oplossing is 4,5–7,0.

KLINISCHE FARMACOLOGIE

De flushspuit bevat een steriele natriumchloride 0,9% oplossing met ongeveer dezelfde osmotische druk en samenstelling als extracellulaire vloeistoffen. De oplossing is niet irriterend voor weefsels.

INDICATIES EN GEBRUIK

Uitsluitend voor gebruik als een steriele isotone oplossing voor het flushen van compatibele intraveneuze lijnen en/of toegangssystemen.

CONTRAINDICATIES

Hypernatremie en vasthouden van vocht wanneer de toediening van natrium en chloride klinisch schadelijk zou kunnen zijn. Niet bedoeld voor directe systemische toediening.

VOORZORGSMAATREGELEN

Er moet voorzichtig te werk worden gegaan om contact tussen de fl uidvloeistof natriumchloride 0,9% en incompatibele geneesmiddelen te voorkomen. Raadpleeg de relevante literatuur voor compatibiliteitsopgevens voordat u de katheter die een geneesmiddel bevat met de IV- fl ushspuit met natriumchloride 0,9% spoelt. Niet toedienen als er neerslag verschijnt of als de oplossing is verkleurd of troebel of als de injectiespuit beschadigd is. Uitsluitend bestemd voor éénmalig gebruik. Restanten dienen te worden vernietigd met in achtneming van de plaatselijke richtlijnen. Niet voor elkriel veld. Controleer vóór gebruik de gebruiksaanwijzing van het geneesmiddel, de IV-slang en/ of de katheters om compatibiliteit met een 0,9% natriumchlorideoplossing te garanderen. Als 0,9% natriumchloride niet compatibel is, volg dan de instructies van de fabrikant van het geneesmiddel, de IV-slangen en/ of katheters voor spoelpraktijken.

BIJWERKINGEN

Bij gebruik in deze hoeveelheden zijn geen bijwerkingen bekend.

MISBRUIK VAN GENEESMIDDELEN EN VERSLAVING

Niet van toepassing.

OVERDOSIS

Niet bekend bij gebruik in deze hoeveelheden.

BEWARING

Niet gebruiken als de oplossing verkleurd of troebel is of neerslag bevat, of als de injectiespuit beschadigd is. Bewaren bij 25°C (tprenswaarden 15°- 30°C). Niet in de vriezer bewaren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik gedurende de hele procedure een geschikte aseptische techniek.
Oplossing en systeem zijn steriel en niet-pyrogeen als het beschermkapje aanwezig is, de injectiespuit intact is en er geen indicaties van lekkage zijn.
1. Inspecteer de plastic buitenverpakking. Niet gebruiken als de buitenverpakking beschadigd of niet intact is.
2. Verwijder de plastic verpakking.
3. Controleer of de oplossing helder is, het beschermkapje op zijn plaats is, de injectiespuit intact is en er geen indicaties van lekkage zijn. Niet gebruiken als de oplossing troebel is of deeltjes bevat of als de injectiespuit beschadigd of niet intact is.
4. Druk op de zuiger terwijl het beschermkapje zich op zijn plaats bevindt om de afsluitvereqeling te verbreken.
5. Sluit een compatibele hypodermische naald of naaldvrij systeem aan.
6. Gebruik conform de aanbevelingen van de fabrikant van de intraveneuze lijn of van het toegangssysteem.
7. Restanten of afvalmaterial dient te worden vernietigd met in achtneming van de plaatselijke richtlijnen. De spuit voor éénmalig gebruik niet opnieuw gebruiken.
9. Volg de richtlijnen en procedures voor spoeltoedieningen van uw instelling, dien de vereiste hoeveelheid zoutoplossing toe.

Aanbeveling: Een langzamere toedieningssnelheid wordt aanbevolen om een mogelijke onaangename smaak te verminderen die patiënten kunnen ervaren.

Datum laatste herziening
12/2016

Omniflush®

no B.BRAUN SKYLLESPRØYTE MED NATRIUMKLORID 9 MG/ML

BESKRIVELSE

Skyllesprøyte med natriumklorid 9 mg/ml, tilgjengelig i forskjellige volumer. Det er en steril, ikke-pyrogenisk vannholdig isotonisk løsning uten konserveringsmiddel.
1 ml inneholder 9 mg natriumklorid, osmolaritet ca 0,30 mOsm/ml (kalkulert), pH-verdi er 4,5 – 7,0.

KLINISK FARMAKOLOGI

Skyllesprøyten med natriumklorid 9 mg/ml er en sterile vannholdig løsning som har omtrent samme osmotiske trykk og sammensetning som ekstracellulær væske. Den er ikke vevsirriterende.

INDIKASJONER OG BRUK

Steril, isotonisk løsning til skylling av intravenøse slanger og venøse tilganger.

KONTRAINDIKASJONER

Hypernatremi og væskeretensjon når administrasjon av natrium eller klorid kan være klinisk skadelig. Ikke beregnet for direkte systemisk administrasjon.

FORHOLDSREGLER

Det må utvises forsiktighet for å unngå kontakt med inkompatible medika-menter. Slå opp i aktuell litteratur for å sjekke kompatibiliteten. Sprøyten skal ikke brukes hvis man kan se utfellinger, løsningen er misfarget eller uklar, eller hvis sprøyten er skadet. Kast innholdet som ikke brukes. Skal ikke brukes som injeksjon. Før det brukes, skal brukeren sjekke kompatibiliteten med 0,9% natriumkloridløsning ifølge bruksanvisningen fra produsenten av medikamentet, IV-slangen og/eller kateterne. I tilfelle 0,9% natriumklorid ikke er kompatibelt, må brukeren følge instruksjonene fra produsenten av medikamentet, IV -slangen og/ eller kateterne for spyling.

BIVIRKNINGER

Ikke kjent ved bruk av disse mengdene.

MEDIKAMENTMISBRUK OG –AVHENGIGHET

Ikke aktuelt.

OVERDOSERING

Ikke kjent ved bruk av aktuelle mengder.

LAGRING

Ikke bruk løsningen hvis man ser utfellinger, den er misfarget eller uklar, eller hvis sprøyten er skadet. Oppbevares ved 25C. Avvik mellom 15 – 30 C er tillatt. Må ikke fryse.

ADVARSEL

Gjenbruk av engangsmateriell medfører en potensiell risiko for pasienten eller bruker. Det kan gi kontaminering og/eller begrenset funksjonsevne som igjen kan føre til skade, sykdom eller død hos pasienten.

BRUKSANVISNING

Bruk riktig aspetikk gjennom hele prosedyren.
Væsken og sprøyten er steril hvis beskyttelseshetten sitter på plass, sprøyten er intakt og det ikke finnes tegn på lekkasje.
1. Inspiser forpakningen. Sprøyten må ikke brukes dersom innpakningen er skadet eller ikke intakt.
2. Fjern forpakningen.
3. Kontroller at løsningen er klar, at beskyttelseshetten er på plass, sprøyten er intakt og at det ikke er noe tegn på lekkasje. Sprøyten må ikke brukes hvis løsningen har utfellinger, er misfarget eller uklar, eller hvis sprøyten er skadet.
4. Press på stempelet og behold beskyttelseshetten på, for å fjerne stopperforseglingen.
5. Fjern beskyttelseshetten. Hold sprøyten vertikalt og press ut eventuelle luftbobler. Sprøyten er nå klar til bruk.
6. Koble sprøyten til kanyle eller nålefri enhet.
7. Bruk kommen med kanyler og slanger må skje i samsvar med produsentens anbefalinger.
8. Kast tomme enheter etter bruk. Kast ubrukt væske. Engangssprøyter må ikke gjenbrukes.
9. Følg institusjonens retningslinjer ved bruk av engangssprøyter til skylling.

Anbefaling: Det anbefales å bruke en lavere administrasjonshastighet for å minimalisere mulige ubehagelige smaksopplevelser hos pasienten.

Dato for siste revisjon
12/2016

Omniflush®

pl STRZYKAWKA Z SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ DO PRZEPŁUKIWANIA FIRMY B. BRAUN
„0,9 % roztwór chlorku sodu"

OPIS

Dostępne są strzykawki z solą fizjologiczną do przepłukiwania o różnych objętościach. Jest to sterylny, niezawierający środków konserwujących, niepirogenny, wodny, izotoniczny roztwór chlorku sodu. W każdym ml znajduje się 9 mg chlorku sodu. Całkowite stężenie osmolarne roztworu wynosi 0,31 mOsm/ml (oblicz.). pH roztworu wynosi 4,5 – 7,0.

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

Strzykawka z solą fizjologiczną do przepłukiwania jest wypełniona sterylnym roztworem wodnym mającym w przybliżeniu to samo ciśnienie osmotyczne i skład jak płyny zewnątrzkomórkowe. Nie podrażnia tkanek.

WSKAZANIA I UŻYTKOWANIE

Do użytku jako sterylny roztwór izotoniczny do przepłukiwania kompatybilnych kaniul dożylnych i/lub cewników założonych na stałe.

PRZECIWWSKAZANIA

Hipernatremia i zatrzymywanie płynów w organizmie, jeśli podawanie sodu lub chlorku mogłoby mieć niekorzystny wpływ na pacjenta. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego podawania ogólnoustrojowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zetknięcia się roztworu soli fizjologicznej do przepłukiwania i niezgodnych leków. Należy zapoznać się z odpowiednimi materiałami informacyjnymi w celu uzyskania danych na temat zgodności leku podawanego cewnikiem przed przepłukaniem go za pomocą strzykawki z solą fi zjologiczną do przepłukiwania. Nie podawać, jeżeli pojawił się osad lub roztwór jest odbarwiony, mętny bądź nieprzejrzysty albo strzykawka jest uszkodzona. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Nieużyty roztwór należy wyrzucić. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami producenta leku, rurki infuzyjnej i/lub cewników, aby upewnić się, że są one zgodne z 0,9% roztworem chlorku sodu. Jeśli 0,9% roztwór chlorku sodu nie jest zgodny, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta leku, rurki infuzyjnej i/lub cewników dotyczącymi płukania.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Brak znanych w przypadku użycia w tych ilościach.

NADUŻYWANIE I UZALEŻNIENIE OD LEKÓW

Nie dotyczy.

PRZEDAWKOWANIE

Brak znanych w przypadku użycia w tych ilościach.

PRZECHOWYWANIE

Nie używać, jeżeli roztwór jest odbarwiony, mętny, nieprzejrzysty lub zawiera osad albo strzykawka jest uszkodzona. Przechowywać w temperaturze 25°C (77°F); dozwolone wahania do 15° - 30°C (59° - 86°F). Nie zamrażać.

OSTRZEŻENIE

Ponowne zastosowanie urządzeń jednorazowego użytku stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i użytkownika. Może to doprowadzić do skażenia i/lub upośledzenia funkcjonowania. Skażenie i/lub ograniczona funkcjonalność urządzenia może spowodować obrażenia, chorobę lub śmierć pacjenta.

INSTRUKCJA UŻYCIA

W trakcie całej procedury stosować zasady aseptyki.
Zawartość strzykawki jest sterylna i niepirogenna, jeżeli zatyczka końcówki znajduje się w odpowiednim miejscu, opakowanie i strzykawka są nieuszkodzone.
1. Sprawdzić plastikowe opakowanie. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.
2. Usunąć plastikowe opakowanie.
3. Sprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty, zatyczka końcówki znajduje się w odpowiednim miejscu, strzykawka jest nieuszkodzona i nie ma oznak przeciekania. Nie używać, jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera cząstki stałe i jakikolwiek element strzykawki jest uszkodzony lub naruszony.
4. Nacisnąć tłok z zatyczką końcówki, aby zwolnić uszczelkę korka.
5. Zdjąć zatyczkę końcówki. Trzymać strzykawkę pionowo i usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza, jeśli są obecne. Strzykawka jest teraz gotowa do użycia.
6. Podłączyć zgodną igłę do iniekcji podskórnych lub cewnik z bezigłowym portem .
7. Używać zgodnie z zaleceniami producentów kaniul dożylnych lub cewników założonych na stałe.
8. Po użyciu opróżnioną strzykawkę należy wyrzucić. Wszystkie niezużyte części należy wyrzucić. Nie używać ponownie strzykawki jest przeznaczona do jednorazowego użytku.
9. Podać żądaną objętość soli fizjologicznej do przepłukiwania zgodnie z zasadami i protokołem postępowania placówki dotyczącymi przepłukiwania.

Zalecenie: Zaleca się stosowanie mniejszej szybkości podawania w celu zmniejszenia uczucia nieprzyjemnego smaku, które może wystąpić u pacjenta.

Data ostatniej wersji
12/2016

Omniflush®

pt SERINGA DE LAVAGEM B. BRAUN COM SOLUÇÃO SALINA NORMAL
"Solução de Cloreto de Sódio a 0,9%"

DESCRIÇÃO

Seringa de lavagem B. Braun com solução salina normal IV, está disponível com diferentes volumes. É uma solução isotónica aquosa esterilizada, sem conservantes, apirogénica de Cloreto de Sódio. Cada ml contém 9 mg/mL de cloreto de sódio. A concentração osmolar total da solução é de 0,31 mOsm/ mL (calc.). O pH da solução é 4,5 - 7,0.

FARMACOLOGIA CLÍNICA

A Seringa de lavagem com solução salina normal IV contém uma solução aquosa esterilizada que tem aproximadamente a mesma pressão e composição osmóticas que os fluidos extracelulares. Não é irritante para os tecidos.

INDICAÇÕES E UTILIZAÇÃO

Para utilizaçao unicamente como uma solução isotónica esterilizada para lavagem de prolongadores intravenosos compatíveis e/ou dispositivos invasivos.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipernatrémia e retenção de líquidos, quando a administração de sódio ou cloreto possa ser clinicamente prejudicial. Não se destina à administração sistémica direta.

PRECAUÇÕES

Deverá ter-se o cuidado de evitar qualquer contacto entre a Solução salina de lavagem e medicamentos que lhe são incompatíveis. Consulte a literatura adequada para conhecer os dados de compatibilidade antes de lavar o canete que contém o medicamento, com a Seringa de Lavagem com So-luçao Salina Normal IV. Não administre se apurecer um precipitado, ou se a cor da solução estiver alterada, turva ou nebulosa ou se a seringa estiver danifi cada. Apenas para utilização única. Elimine a porção não utilizada. Não utilizar em campo esterilizado. Antes de usar, verifique as instruções de utilização do fabricante do medicamento, dos tubos intravenosos e/ou dos cateteres para garantir a compatibilidade com a solução de cloreto de sódio a 0,9%. Se o cloreto de sódio a 0,9% não for compatível, siga as instruções do fabricante do medicamento, dos tubos intravenosos e/ou dos cateteres para práticas de lavagem.

REACÇÕES ADVERSAS

Desconhecidas para a utilização nestas quantidades.

ABUSO DE DROGAS E DEPENDÊNCIA

Não aplicável.

SOBREDOSAGEM

Desconhecidas para a utilização nestas quantidades.

ARMAZENAMENTO

Não utilize se a cor da solução estiver alterada, turva ou nebulosa, se contiver confiver um precipitado ou se a seringa estiver danificada. Armazene a 25°C; são permitidos desvios até 15° - 30°C. Não congelar.

AVISO

A reutilização dos dispositivos de utilização única cria um risco potencial para o doente ou para o utilizador. Poderá levar à contaminação e/ou comprometer da capacidade funcional. A contaminação e/ou a limitação da funcionalidade do dispositivo poderá provocar lesões, doença ou morte do doente.

DIRECÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilize a técnica asséptica adequada ao longo do procedimento
Se a tampa estiver completamente colocada, se a seringa estiver intacta e se não existirem sinais de fuga da solução, a solução e o orifício de passagem estarão estéreis e apirogénicos.
1. Examine a embalagem de plástico. Não utilize se a embalagem estiver danificada ou não estiver intacta.
2. Retire a embalagem de plástico.
3. Verifique se a solução está limpida, se a tampa da extremidade está colocada, se a seringa está intacta e se não existem sinais de fuga. Não utilize se a solução estiver turva, se contiver particulas ou se a seringa se apresentar danificada ou não estiver intacta.
4. Pressione o êmbolo com a tampa da extremidade colocada para libertar o selo do obturador.
5. Retire a tampa da extremidade. Mantenha a seringa na vertical e expulse qualquer bolha de ar que esteja presente. A seringa está pronta para ser utilizada.
6. Adapte uma agulha hipodérmica compatível ou um dispositivo sem agulha.
7. Utilize de acordo com as recomendações dos fabricantes de prolongadores ou de dispositivos intravenosos invasivos.
8. Elimine a unidade vazia após a utilização. Rejeite qualquer porção não utilizada. Não reutilize a seringa descartável.
9. Administre o volume necessário de solução salina de lavagem, seguindo os regulamentos e procedimentos locais para administração de soluções salinas de lavagem.

Recomendação: É recomendada uma menor velocidade de administração de forma a minimizar possíveis sensações indesejáveis que os doentes possam experienciar.

Data da última revisão
12/2016

Omniflush®

ro SERINGĂ B. BRAUN CU SOLUȚIE SALINĂ NORMALĂ PENTRU SPĂLARE I.V.
"Soluție de clorură de sodiu 0,9%"

DESCRIERE

Seringa cu soluție salină normală pentru spălare I.V este disponibilă în diverse volume. Aceasta conține o soluție de clorură de sodiu apoasă, fără conservanți, non-pirogenică, izotonică. Fiecare ml conține 9 mg/ml de clorură de sodiu. Concentrația osmolară totală a soluției este de 0,31 mOsm/ml (calc.). Valoarea pH a soluției este de 4,5 - 7,0.

FARMACOLOGIE CLINICĂ

Seringa cu soluție salină normală de spălare I.V este o soluție apoasă sterilă având aproximativ aceeași presiune osmotică precum lichidele extracelulare. Această soluție nu are efect iritant asupra țesuturilor.

INDICAȚII ȘI MOD DE UTILIZARE

A se utiliza ca soluție izotonică sterilă pentru spălarea tuburilor intravenoase și a dispozitivelor permanente de acces vascular.

CONTRAINDICAȚII

Hipernatriemia și retenția de lichid, atunci când administrarea de sodiu sau clorură poate fi dăunătoare clinic.Nu este destinat administrării sistemice directe.

PRECAUȚII

Se va acorda o atenție sporită pentru a evita orice contact între soluția salină normală de spălare și medicamentele incompatibile. Consultați lite-ratura de specialitate în ceea ce privește datele de compatibilitate înainte de a folosi soluția salină normală I.V pentru spălarea cateterelor care conțin medicamente. Seringă de spălare. A nu se administra în cazul apariției unui precipitat sau în cazul în care soluția este decolorată, tulbure sau cu aspect vaslat, sau dacă seringa este deteriorată. Produs de unică folosință. A se elimina porția de soluție neutilizată. Nu este destinată pentru utilizare în câmp steril. Înainte de utilizare, consultați cu producătorul instrucțiunile de utilizare a medicamentului, a tubului IV și / sau a cateterelor pentru a asigura compatibilitatea cu soluția de clorură de sodiu 0,9%. Dacă clorura de sodiu 0,9% nu este compatibilă, urmați instrucțiunile producătorului medicamentului, tubului IV și / sau cateterelor pentru practicile de spălare.

REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc reacții adverse în cazul utilizării în aceste cantități.

ABUZUL ȘI DEPENDENȚA DE MEDICAMENT

Nu este cazul.

SUPRADOZAJ

Nu se cunosc reacții adverse în cazul utilizării în aceste cantități).

PĂSTRARE

A nu se utiliza în cazul în care soluția este decolorată, tulbure, cu aspect voalat, atunci când soluția conține un precipitat sau dacă seringa este deteriorată. A se păstra la 25°C (77°F); transportul este permis la 15° - 30°C (59° - 86°F). A nu se congela.

AVERTISMENT

A se utiliza tehnică aseptică adecvată în timpul procedurii
Soluția și traseul pentru fluide sunt sterile și non-pirogenice atunci când capacul este la locul lui, seringa este intactă și nu prezintă scurgeri.
1. Inspectați ambalajul din plastic. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat sau nu este intact.
2. Îndepărtați ambalajul din plastic.
3. Verificați dacă soluția este limpede, capacul este la locul lui, seringa este intactă și nu prezintă scurgeri. A nu se utiliza în cazul în care soluția este tulbure, dacă soluția prezintă particule sau dacă seringa nu este intactă sau prezintă semne de deteriorare.
4. Presați pistonul având capacul instalat pe vârf, pentru a debloca sigiliul opritor.
5. Îndepărtați capacul de pe vârf. Țineți seringa cu vârful orientat în sus și eliminați eventualele bule de aer. Seringa este acum pregătită pentru utilizare.
6. Atașați un ac hipodermic compatibil sau un dispozitiv fără ac
7. A se utiliza în conformitate cu recomandările producătorului de tuburi intravenoase sau dispozitive permanente de acces vascular.
8. Aruncați unitatea goală după utilizare. Aruncați orice porție de soluție neutilizată. A nu se reutiliza seringa de unică folosință.
9. Administrați volumul necesar de soluție salină de spălare, conform regulamentelor și procedurilor aflate în vigoare în unitatea dvs.

Recomandare: Se recomandă utilizarea unei viteze de perfuzie mai mici pentru a reduce la minimum posibilitatea ca pacienții să simtă un gust neplăcut.

Data ultimei revizuiri
12/2016

Omniflush®

sk PREPLACHOVACIA STRIEKAČKA S INFÚZNYM FYZIOLOGICKÝM ROZTOKOM OD SPOLOČNOSTI B. BRAUN
0,9% roztok chloridu sodného

OPIS

Preplachovacia striekačka s infúznym fyziologickým roztokom je k dispozícii v rôznych objemoch. Obsahuje sterilný, nepyrogénny izotonický vodný roztok chloridu sodného bez konzervantov. Každý mililiter obsahuje 9 mg/ml chloridu sodného. Celková osmolárna koncentrácia roztoku je 0,31 mOsm/ml (vypočítaná). Hodnota pH roztoku je 4,5– 7,0.

KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA

Preplachovacia striekačka s infúznym fyziologickým roztokom obsahuje sterilný vodný roztok s približne rovnakým osmotickým tlakom a zložením, ako má extracelulárna tekutina. Nedráždi tkanivá.

INDIKÁCIE A POUŽITIE

Na použitie ako sterilný izotonický roztok výlučne na preplachovanie kompatibilných infúznych hadičiek, pripadne trvalo zavedených kanýl.

KONTRAINDIKÁCIE

Hypernatrémia a retencia tekutín, pri ktorých by podanie sodíka alebo chloridu mohlo byť klinicky škodlivé. Nie je určené na priame systémové podávanie.

UPOZORNENIA

Postupujte opatrne, aby nedošlo ku kontaktu medzi preplachovacím fyzio-logickým roztokom a nekompatibilnými liekmi. Ak pomocou preplachovacej striekačky s infúznym fyziologickým roztokom preplachujete katéter, ktorý obsahuje liek, vyhľadajte si informácie o kompatibilite v príslušnej literatú-re. Roztok nepoužívajte, ak obsahuje usadeninu, ak má roztok neobvyklú far-bu, je mútny alebo zakalený alebo ak je striekačka poškodená. Iba na jedno-razové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte. Nepoužívajte v sterilnom poli. Pred použitím skontrolujte návod na použitie od výrobcu lieku, IV hadičky aj alebo katétrov, aby ste zaistili kompatibilitu s 0,9 % roztokom chloridu sodného. Ak 0,9 % chlorid sodný nie je kompatibilný, postupujte podľa pokynov výrobcu lieku, IV hadičky a/alebo katétrov pre postupy preplachovania.

NEŽIADUCE REAKCIE

Nie sú žiadne známe pri použití v uvedených objemoch.

ZNEUŽITIE LIEKOV A ZÁVISLOSŤ

Nevzťahuje sa.

PREDÁVKOVANIE

Žiadne známe pri použití v uvedených objemoch.

SKLADOVANIE

Nepoužívajte, ak má roztok neobvyklú farbu, je mútny, zakalený, ak obsahuje usadeninu, alebo ak je striekačka poškodená. Skladujte pri teplote 25°C (77°F), odchýlka povolená v rozsahu 15 - 30°C (59° – 86°F). Nezmrazujte.

VÝSTRAHA

Opakovaným použitím zdravotníckych pomôcok určených na jednorazové použitie vzniká možné riziko pre pacienta alebo používateľa. Môže dôjsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti pomôcky. Znečistenie alebo obmedzená funkčnosť pomôcky následne môžu viesť k zraneniu, ochoreniu, alebo smrti pacienta.

POKYNY NA POUŽITIE

Pri použití dodržiavajte aseptický postup.
Roztok a dráha tekutiny sú sterilné a nepyrogénne, ak je kryt hrotu na mieste, striekačka je nepoškodená a nie sú na nej viditeľné netesnosti.
1. Skontrolujte plastový obal. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo inak narušený.
2. Odstráňte plastový obal.
3. Skontrolujte, či je roztok čiry, kryt hrotu na mieste, striekačka nepoškodená a či nie sú na nej viditeľné netesnosti. Nepoužívajte, ak je roztok zakalený alebo obsahuje drobné častočky, alebo ak je striekačka nejakým spôsobom poškodená.
4. Zatlačte na piest striekačky s krytom nasadeným na hrote a uvoľnite fixačné tesnenie.
5. Zložte kryt hrotu. Držte striekačku vzpriamene hrotom nahor a vytlačte z nej všetok vzduch. Striekačka je pripravená na použitie.
6. Pripojte kompatibilnú ihlu, hadičku alebo bezihlovú zdravotníc